Инструкция по применению
Тест иммунохром-10-мульти-экспресс на выявление наркотиков 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест
Страна: Россия
Производитель: Прогрессивные Био-Медицинские Технологии
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Набор тест-полосок иммунохроматографических для выявления 10 видов наркотических веществ и их метаболитов в моче "МУЛЬТИТЕСТ" (морфин, кокаин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин, метадон, барбитураты, МДМА, ТАД) - вариант исполнения кассета Набора М10 с 10 тест-полосками. Кассета М10 для одновременного определения от 4 до 10 наркотических веществ и их метаболитов из ряда: морфин (МОРФ), марихуана (МАРИХ), амфетамин (АМФ), метамфетамин (М. АМФ), барбитураты (БАРБ), бензодиазепин (БЕНЗ), кокаин (КОК), метадон (МЕТАД), фенциклидин (ФЕНЦ), трициклические антидепрессанты (ТАД), 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин (МДМА), котинин (КОТИН), трамадол (ТРАМ), тропикамид (ТРОП), Метилендиоксипировалерон (МДПВ), этилглюкуронид (ЭТГ), прегабалин (ПГБ), синтетические каннабиноиды (СПАЙС) в моче человека методом иммунохроматографического анализа.

Состав

Кассета с тест-полосками в индивидуальной упаковке - 1 шт.

Форма выпуска

Тест

Показания

Набор "Мультитест" предназначен для in vitro одноэтапного качественного выявления наркотических веществ и их метаболитов из ряда: (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин, барбитураты, бензодиазепин, метадон, МДМА (Экстази), трициклические антидепрессанты) в моче человека методом иммунохроматографического анализа.

Способ применения и дозы

В сухую чистую ёмкость внести анализируемый образец мочи человека. Вскрыть пакет, разрывая его вдоль прорези, извлечь кассету с полосками, снять защитный колпачок. Кассету, удерживая строго вертикально стрелками вниз, погрузить в исследуемый образец до уровня ограничительной линии на 20-30 секунд. Извлечь кассету из образца, надеть защитный колпачок, положить ее на ровную сухую чистую горизонтальную поверхность. Через 5 минут (но не позднее 30 минут) визуально оценить результат реакции. В течение этого периода времени кассету не следует передвигать или переворачивать.