Инструкция по применению
ВВ-Тест для определения беременности 1 шт



Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Франция
Производитель: ИННОТЕК
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Высокочувствительный, специфический, качественный иммунохроматографический анализ на ХГЧ гормон по моче.

Форма выпуска

Тест

Показания

Тест для определения беременности

Способ применения и дозы

ББ тест. Тест для определения беременности1. Собрать мочу в сухую и чистую емкость. 2. Вскрыть упаковку из фольги.3. Достать тест-полоску.4. Погрузить ее вертикально в емкость с мочой до красной отметки (не глубже!) на 5–10 с.5. Положить тест-полоску на горизонтальную поверхность, подождать 5 мин и прочитать результат.Достоверным следует считать результат, появившийся на тест-полоске в период от 5-й до 10-й минуты с момента извлечения ее из мочи. Все изменения на тест-полоске в период до 5 и после 10 мин, не учитывать.Рисунок для оценки результата тестирования.Слева направо:1. Результат отрицательный (беременности нет).В зоне считывания результата появляется одна розовая линия.2. Результат положительный (беременность есть).В зоне считывания результата появляются две розовые линии.3. Если в результате тестирования в зоне считывания результата не появилось ни одной розовой линии, то это означает, что тестирование было проведено неверно или был использован непригодный тест.ББ тест люкс. Тест для определения беременности1. Вскрыть упаковку из фольги и достать тест-систему.2. Максимально освободить стержень из тест-системы, сдвинув голубую пластинку в направлении, указанном стрелкой.3. Расположить тест-систему таким образом, чтобы окошко для считывания результата оказалось повернутым к Вам, а стержень был направленным вниз. Поместить стержень под струю мочи на 5–10 с (при желании можно собрать мочу в чистую и сухую посуду и поместить стержень в мочу на 5–10 с).Не допускать попадания мочи на окошко считывания результата!4. Вернуть стержень внутрь тест-системы, переместив голубую пластинку в исходное положение. Произойдет реакция.5. Положить тест-систему на горизонтальную поверхность так, чтобы окошко считывания результата оказалось сверху.6. Подождать 5 мин и оценить результат по количеству линий в окошке считывания результата.Достоверным следует считать результат, появившийся на тест системе в период от 5-й до 10-й мин с момента извлечения стержня тест-системы из мочи. Все изменения в окошке считывания результата в период до 5 и после 10 мин, не учитыватьОценка результата тестированияI. Результат отрицательный (беременности нет) — появляется только одна розово-сиреневая линия в зоне «С» (control).II. Результат положительный (беременность есть) — в обеих зонах «С» и «Т» (test) появляется по одной розово-сиреневой линии.Если в результате тестирования в обеих зонах «С» и «Т» линии отсутствуют — тестирование было проведено неверно или был использован непригодный тест.

Условия хранения

Хранить при температуре от+4С до +30С Не использовать тест по истечении срока годности указанного на упаковке, а также в случае, если индивидуальная упаковка из фольги была повреждена