Инструкция по применению
Clearblue Тест на овуляцию 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Швейцария
Производитель: Алиди
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Работа теста на овуляцию цифрового Clearblue основана на определении быстрого роста количества (выброса) лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче. Выброс ЛГ происходит примерно за 24-36 ч до овуляции (процесса выхода яйцеклетки из яичника). Этот день, когда определен выброс ЛГ, и день, следующий за ним, и есть Ваши самые благоприятные дни для зачатия.

Состав

Пластик.

Форма выпуска

Тест

Показания

Помогает определить самые благоприятные дни для зачатия

Особые указания

День выброса ЛГ разный у всех женщин, он также меняется от цикла к циклу. Чтобы иметь максимальный шанс определить выброс ЛГ, используя то количество тестов, которое содержится в одной упаковке, Вам необходимо знать обычную продолжительность Вашего цикла. Чтобы рассчитать длительность вашего цикла, считайте от того дня (день 1), когда началась менструация (первый день менструального кровотечения), до дня накануне следующей менструации. Это количество и будет продолжительностью вашего цикла. 1. Когда вы готовы провести тест: Извлеките тест-полоску из пакетика. Прежде чем вы поместите тест под струю мочи, его необходимо вставить в держатель теста. Следуйте указаниям, приведенным ниже. 2. Снимите колпачок. Найдите Розовую Стрелку на тест-палочке. 3. Соберите тест. Найдите Розовую Стрелку на Держателе теста. Совместите обе Розовые Стрелки. Вставьте тест-палочку до щелчка в Держатель теста, появится символ «Готов к тестированию». Не используйте тест до того, как появится символ «Готов к тестированию». Как только появится символ «Готов к тестированию», сразу проведите тест. 4. Проведите тест. Когда символ «Готов к тестированию» виден на дисплее: Держа кончик абсорбента направленным вниз, поместите его под струю мочи на 5-7 секунд. Постарайтесь, чтобы моча не попала на Держатель. или Вы также можете провести тест, собрав мочу в чистую сухую посуду. В этом случае, поместите только пробоотборник в собранную пробу мочи на 15 секунд. 5. Подождите. Удерживайте кончик пробоотборника направленным вниз или положите тест на горизонтальную поверхность. Символ Готов к тестированию начинает мигать через 20-40 секунд, что означает, что Тест работает. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ ТЕСТ-ПАЛОЧКУ. 6. Считывайте Ваш результат. Через 3 минуты на дисплее будет виден Ваш результат. Если Ваш результат О, это означает, что выброс ЛГ еще не произошел. Проведите тест на следующий день в это же время, используя новую тест-палочку. И так каждый день до появления символа ?. Если Ваш результат ?, выброс ЛГ у вас произошел, и у вас сейчас самые фертильные дни. Чтобы Ваши шансы забеременеть были максимальными, занимайтесь любовью в любое время в течение следующих 48 часов. Продолжать тестирование в этом цикле нет необходимости.