Инструкция по применению
Экспресс-тест на выявление антигена коронавирусной инфекции Standard Q Covid-19 (SD BIOSENSOR)

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Южная Корея
Производитель: Биосенсор
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 3.0



Описание

Экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag - аналог ПЦР теста, предназначен для качественного выявления антигена коронавируса COVID-19 в образцах мазков из носоглотки человека на ранних сроках заболевания. Не требует дополнительного дорогостоящего оборудование и определяет наличие антигена вируса SARS-CoV-2 в течение 15-30 минут. Экспресс-диагностику возможно провести в домашних условиях (под наблюдением медицинского сотрудника). Удобный и простой в использовании набор для тестирования 1 человека в целях определения антигена при подозрении и подтверждении наличия вируса в организме для дальнейшего эпидемиологического обследования в медицинских учреждениях. Преимущества Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ: Не требует дополнительного оборудования для определения вируса. Время проведения одного теста и получения результата 30 минут. Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения. Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов). Быстрое принятие решения об изоляции. Комплектация набора AG1 Тестовая кассета (в индивид. упаковке из фольги в комплекте с осушителем) — 1 шт. Стерильный тампон — 1 шт. Пробирка с буфером для экстракции — 1 шт. Насадка с капельницей — 1 шт. Инструкция к медицинскому изделию — 1 шт.

Состав

Тест-набор для определения антител IgM/IgG к коронавирусу COVID-2019 включает: тест-кассету (25 шт), одноразовые пипетки (25 шт), влагопоглотитель (1 уп), буфер (2 шт по 3 мл), инструкцию к тест-набору (1 шт).

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Для выявления антител к коронавирусу COVID 19

Способ применения и дозы

Перед тестированием все компоненты тест-набора (тест-кассета, пипетки и буферный раствор) должны прогреться до комнатной температуры. Извлеките тест-кассету из запечатанного фольгированного пакета и без промедления используйте ее для тестирования. Наилучшие результаты получаются при немедленном использовании кассеты после ее распаковки. В лунку для образца (S) поместите 10 мкл сыворотки или плазмы крови или 20 мкл (1 капля) цельной крови пациента, после этого добавьте туда около 80 мкл (примерно 2-3 капли) буферного раствора и включите секундомер (таймер). Следите за появлением цветных (одной, двух, или трех) линий. Подождите 10-15 минут и определите наличие/отсутствие цветных линий. После 15-ой минуты тестирования результаты недействительны.

Применение при беременности и кормлении грудью

Допустимо

Особые указания

Получение результата в течение 5-10 минут

Условия хранения

Хранить в обычных условиях, в недоступном для детей месте.