Инструкция по применению
Айчек Тест-полоски 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: Diamedical
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

ТЕСТ-ПОЛОСКИ АЙЧЕК - Тест-полоски ТМ АйЧек (iCheck) предназначены для электрохимического определения уровня глюкозы в свежей цельной капиллярной крови, взятой из пальца.Используются совместно с глюкометром ТМ АйЧек (iCheck). Производитель:DIAMEDICAL LTD Великобритания (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ТАЙВАНЬ /РОССИЯ)Для проведения анализа достаточно капли крови объёмом 0,9 мкл.Время тестирования составляет 9 секунд.Применения функции «sip in» облегчает нанесение крови на тест-полоску.При соприкосновении капли крови с краем реакционной зоны происходит всасывание крови в реакционную зону посредством микро капиллярной диффузии.Они предназначены для диагностики in vitro как в «домашних условиях», так и в условиях стационара.Диапазон измерений составляет 20-600 мг/дл (1.1-33.3 ммоль/л).Диагностическая точность анализа равна 96%, что соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональному оборудованию.ПРЕИМУЩЕСТВА: капиллярная тест-полоска за 1 секунду втягивает необходимый объем капли крови, минимальный объем крови для проведения тестирования - 0,9 мкл.,специальный защитный слой позволяет прикасаться к любому участку тест-полоски,специальные контактные полосы исключают возможность ошибки,специальное контрольное поле изменяет цвет и показывает, достаточно ли крови,двойной контроль точности - двухэлектронная структура обеспечивает сравнение результатов двух рабочих электродов.Основные параметры тест-полосок ТМ АйЧек (iCheck):погрешность измерения - не более 15%,условия хранения: при температуре от 0 °С до 45 °С,срок хранения тест-полосок 120 дней после первого вскрытия тубуса,срок годности тест-полосок 24 месяца с даты изготовления.Технические характеристики:размер тест-полоски: 38х10х0,6 мм,диаметр ланцетов 0,36 мм.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски ТМ АйЧек (iCheck) предназначены для электрохимического определения уровня глюкозы в свежей цельной капиллярной крови, взятой из пальца.Используются совместно с глюкометром ТМ АйЧек (iCheck).

Способ применения и дозы

Достаньте одну тест-полоску и сразу плотно закройте крышку тубуса,Вставьте тест-полоску в глюкометр (черными полосками вперед),Расположите ланцетное устройство напротив подушечки пальца,Нажмите кнопку для прокола,Дотроньтесь кончиком пальца до точки нанесения крови на тестовой полоске,Держите, пока зона реакции не наполнится кровью,Ознакомьтесь с результатом через 9 секунд,Достаньте тест-полоску из глюкометра,Выбросите ее и ланцет в проколостойкую емкость.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 4 до 25°С вдали от прямых солнечных лучей.