# Инструкция по применению
# Glucocard Sigma Тест-полоски 50 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: Аркрэй
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50




## Описание

Тест полоски для количественного определения уровня глюкозы крови с ГЛЮКОКАРД сигма и ГЛЮКОКАРД сигма-мини. Производятся в особой экономической зоне «Дубна» на российском предприятии японской компании «Аркрэй». Тест полоски рекомендованы для контроля уровня глюкозы крови как дома, так и в лечебно-профилактических учреждениях. Очень удобно, что эти полоски не имеют кодирования, что делает их применение еще более простым и доступным. - Предназначены для самостоятельного контроля уровня глюкозы крови электрохимическим методом, -Упаковка - 50 штук в пластиковом тубусе, - Кодирование тест-полосок - без кодирования, -Калибровка - по плазме крови, -Капля крови - 0,5 мкл, -Время измерения - 7 секунд, -Срок годности пос - 6 месяцев после начала использования (первое вскрытие тубуса). Тест-полоски из химически инертного полимерного материала с чипом и реагентом

## Состав

Пластиковая основа, реагент – глюкозооксидаза, хлорид гексаамминорутения.

## Форма выпуска

Тест-полоски

**Показания**

Сахарный диабет, нарушение толерантности к углеводам, профилактический контроль уровня глюкозы крови.

**Способ применения и дозы**

Вымойте руки тёплой водой и витерите их насухо. Вставьте ланцет в прокалывающее устройство, входящее в комплект медицинского изделия. Вставьте тест-полоску в предназначенное для неё отверстие в приборе (прибор при этом включится автоматически). Сделайте прокол прокалывающим устройством и получите каплю крови. Коснитесь краем тест-полоски (без окошка) капли крови, дождитесь, пока тест-полоска впитает необходимое количество крови до заполнения кровью затемненного окна проверки, получите результат на экране прибора, удалите тест-полоску из прибора и утилизируйте её. Прибор выключится автоматически.

**Особые указания**

Используются только с приборами глюкометрами Глюкокард Сигма и Глюкокард Сигма -мини, -Срок годности - 6 месяцев после начала использования (первое вскрытие тубуса), -Утилизация – тест-полоски контактируют с кровью и утилизируются в соответствие с национальными нормами утилизации биологически опасных отходов, -Хранить при температуре от +1 до +30 °С.