Инструкция по применению
Contour TS Тест-полоски 50 шт х 2 + 25 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Великобритания
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Тест-полоски КОНТУР ТС (Contour TS) предназначены к использованию только вместе с Глюкометром КОНТУР ТС (Contour TS)Тест - полоски Контур ТС предназначены для проведения самостоятельного измерения уровня глюкозы в цельной крови.Система Контур ТС имеет ряд особенностей, которые обеспечивают получение точного результата легко:Точность системы соответствует требованиям нового международного стандарта ISO 15197:2013.Для анализа требуется маленькая капля крови всего 0,6 мкл - ее будет достаточно для получения точного результата. Капиллярный забор крови - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови.Система использует современный электрохимический метод измерения, который обеспечивает получение точных результатов без влияния уровня освещенностиСовременный стабильный фермент - можно использовать тест-полоски в течение всего срока годности независимо от момента, когда упаковка тест - полосок была открытаВ системе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - частого источника ошибок. Таким образом предотвращаются ошибки, связанные с неправильным введением кода. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски,Тест позволяет провести количественное измерение уровня глюкозы в крови в диапазоне от 0,6 до 33,3 ммоль/л при помощи прибора Контур ТС.Технические характеристики системы КОНТУР ТС:I. Обеспечивающие высокую точность:1. В тест-полоске используется современный фермент, который практически не имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные

измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты2. Глюкометр выполняет автоматическую коррекцию результатов измерений при гематокрите от 0 до 70% - это позволяет получать точные результаты при широком диапазоне гематокрита3. Прибор обеспечивает надежность работы при следующих условиях: диапазон температур 5°С - 45° влажность 10 - 93% отн. влажности высота над уровнем моря - до 3048 м.4. Не требуется кодирования системы - код вручную вводить не нужноII. Удобство использования:1. Маленький размер капли крови - всего 0,6 мкл, функция детекции «недозаполнения»2. Система проводит измерение всего за 5 секунд, обеспечивая быстрое получение результатов3. Память на 250 результатов - хранение данных для анализа результатов за 4 месяца*4. Автоматический расчет среднего показателя за 14 дней.5. Капиллярный забор крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови.6. Возможность взятия крови из альтернативных мест (ладонь, плечо)7. Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) не зависит от момента, когла упаковка тест-полосок была открыта ,8. Легко заметный оранжевый порт для тест-полосок9. Большой экран (38 мм х 28 мм)10. Автоматическая маркировка значений, полученных при измерениях, проведенных с контрольным раствором - эти значения также исключены из расчета средних показателей11. Порт для переноса данных в PC12. Широкий диапазон измерений 0.6 - 33.3 ммоль/л13. Практически безболезненный прокол с регулируемой глубиной с помощью системы Микролет - Неглубокий прокол быстрее заживает. Минимальная травматизация при частых измерениях14. Калибровка результатов по плазме крови15. Батарея: одна 3-вольтовая литиевая батарея, емкость 225мАч (DL2032 или CR2032), рассчитана примерно на 1000 измерений16. Габариты (размеры) - 71 х 60 х 19 мм (высота х ширина х толщина)17. Вес 56,7 г*При среднем измерении 4 раза в день

Состав

Тест-полоски Контур ТС представляют собой пластиковые полоски размером 5 на 28 мм, с системой электродов на одном конце и камерой для забора крови - на другом. Химический состав: Флавинадениндинуклеотид-глюкозодегидрогеназа (FAD-GDH) (Aspergillus sp., 2,0 ед. на тест-полоску), 6 %, феррицианид калия 56 %, неактивные компоненты 38 %.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски Контур ТС предназначены для самостоятельного определения концентрации глюкозы в цельной крови пациентами с диабетом и медицинскими работниками.

Способ применения и дозы

Правила хранения и обращения:Храните полоски при температуре от 9 до 30 °С. Храните полоски в оригинальном флаконе. Вынув полоску из флакона, сразу же плотно закройте его крышкой.Тщательно вымойте и высушите руки перед использованием полосок.Не используйте тестовые полоски после истечения срока годности. Срок годности обозначен на наклейке флакона, а также на коробке с тестовыми полосками.Тестовые полоски предназначены для однократного применения. Не используйте их повторно.Открыв коробку с тест-полосками, убедитесь в том, что крышка флакона надежно закрыта. Если крышка не закрыта, не используйте тестовые полоски.

Особые указания

Тест - полоски Контур ТС предназначены для проведения самостоятельного измерения уровня глюкозы в цельной крови. Предназначены к использованию только вместе с Глюкометром КОНТУР ТС (Contour TS)

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.