Инструкция по применению
OneTouch Select Plus Тест-полоски 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Швейцария
Производитель: LifeScan
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Тест-полоски для глюкометра OneTouch Select® Plus. Точность, которой можно доверять! Описание: Тест-полоски OneTouch Select® Plus предназначены для использования с глюкометром OneTouch Select® Plus или OneTouch Select Plus Flex® для количественного измерения глюкозы (сахара) в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца. Точность, доказанная 7-летними клиническими исследованиями* Тест-полоски OneTouch Select ® Plus соответствуют требованиям к точности системы согласно ISO 15197:2013 и превысили их в ходе клинического исследования** Точность, которой можно доверять! Характеристики: •   Тест-полоска сама втягивает кровь •   Точный результат за 5 секунд •   Точность, доказанная 7-летними клиническими исследованиями* •   Достаточно всего 1 мкл крови •   Соответствие последнему стандарту точности ISO 15197:2013 *Внутренние данные компании LifeScan. При оценке клинической точности использовали стандартный референтный метод, оценку проводили в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15197-2015 «Тест-системы для диагностики in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета» (ISO 15197:2013). ** В клиническом исследовании, проведенном в соответствии с требованиями ISO 15197: 2013, 97,7% результатов были в пределах +/-15 мг/дл (<100 мг/дл) или +/-15% (≥ 100 мг/дл) и 99,6% результатов были в зоне A (определяется как “отсутствие влияния на клиническое действие”). Комплектация: В упаковке 1 флакон с 25 тест-полосками/1 флакон с 50 тест-полосками/2 флакона по 50 тест-полосок.

Состав

Тест-полоски

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски OneTouch Select® Plus предназначены для использования с глюкометром OneTouch Select® Plus или OneTouch Select Plus Flex® для количественного измерения глюкозы (сахара) в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца.

Способ применения и дозы

1. Проверьте код на флаконе с тест-полосками и только после этого вводите тест-полоску в прибор. 2. Введите тест-полоску, чтобы включить глюкометр. Убедитесь, что три контактные полоски обращены лицевой стороной к Вам, а стрелка указывает вниз. Введите тест-полоску до упора. НЕ сгибайте тест-полоску. ВНИМАНИЕ! Не используйте тест-полоски после напечатанной на флаконе даты окончания срока годности, поскольку в противном случае Вы можете получить неточные результаты.

Особые указания

Для диагностики in vitro. Для самотестирования. Прочтите инструкцию в упаковке Не хранить тест-полоски вне флакона. Пределы температуры хранения от 5°C до 30°C. Не хранить в холодильнике. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Не использовать повторно.

Условия хранения

от 5# до 30#