Инструкция по применению
Сателлит Экспресс Тест-полоски 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: Элта
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Полоски в индивидуальной упаковке, на которой написан срок годности и код полоски Объем крови - 1 мкл Время измерения 7 секунд Требуется точность в нанесении капли крови на полоски • Диапазон измерений от 0,6 до 35,0 ммоль/л • Принцип измерения электрохимический • Калибровка измерений по цельной капиллярной крови • Температура хранения от -20 °C до +30 °C • Температура эксплуатации от +18 °C до +35 °C • Срок годности 18 месяцев Тест-полоска предназначена только для однократного применения. Не используйте их повторно.

Состав

Комплектация. Тест-полоски для Глюкометра «Сателлит Экспресс» - 50 штук в индивидуальной упаковке. Кодовая полоска в комплекте.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Для определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека. Полоски « Сателлит Экспресс» используются только для Глюкометра «Сателлит Экспресс».

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Особые указания

Не используйте тест-полоски после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не сгибайте, не разрезайте и не деформируйте тест-полоски.

Условия хранения

Храните тест-полоски в сухом прохладном месте при температуре от -20 °C до +30 °C, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не замораживайте. Избегайте попадания грязи или пищи на зону теста тест-полоски.