Инструкция по применению
Сателлит Плюс Тест-полоски ПКГЭ-02.4 25 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: Элта
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 25

Описание

Тест-полоски «Сателлит Плюс» предназначены для определения концентрации уровня глюкозы в цельной крови человека.Внимание! Тест-полоски «Сателлит Плюс» применяются только для Глюкометра «Сателлит Плюс».Характеристики: Полоски в индивидуальной упаковке, на которой написан срок годности и код полоски. Объем крови - 4-5 мкл Время измерения - 20 секунд. Требуется точность в нанесении капли крови на полоски. Диапазон измерений от 0,6 до 35,0 ммоль/л. Принцип измерения - электрохимический. Калибровка измерений по цельной капиллярной крови.

Состав

Основной фермент-глюкозоксидаза.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Для определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека. Полоски «Сателлит Плюс» используются только для глюкометра «Сателлит Плюс» ПКГ-02.4.

Способ применения и дозы

Для тестирования подходит только свежая капиллярная кровь.Проверьте, не истек ли срок годности тестовых полосок.Введение кода:В новом приборе появится сообщение о необходимости введения кода.Вставьте кодовую полоску из комплекта поставки в разъем прибора.Сравните код, состоящий из трёх цифр, который появился на экране и код на упаковке тест-полосок - если они не совпадают, измерение проводить нельзя. Три раза нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет. Введенный код сохранен в памяти прибора.Проведение измерения:Надорвите край блистера тестовой полоски и оторвите часть упаковки в области контактов.Держась за оставшуюся часть упаковки и не касаясь пальцами самой полоски, установите тестовую полоску в глюкометр «Сателлит Плюс».Положите прибор на ровную поверхность.Нажмите и отпустите управляющую клавишу на глюкометре.На экране появится код, состоящий из трёх цифр, хранящийся в памяти прибора.Нажмите и отпустите кнопку. На экране появится цифры «88.8», прибор готов к проведению измерения.Проколите стерильным индивидуальным скарификатором подушечку пальца.Надавите на палец, получить каплю крови и нанести на рабочую зону полоски так, чтобы капля покрыла всю рабочую зону.Прибор обнаружит каплю крови, отсчитает 20 секунд и выведет показание на экран.Извлеките использованную полоску из прибора и утилизируйте её. Нажатием кнопки выключите глюкометр.

Особые указания

Каждая тест-полоска предназначена только для однократного применения. Не используйте их повторно.Не используйте тест-полоски после истечения срока годности, указанного на упаковке.Не сгибайте, не разрезайте и не деформируйте тест-полоски.

Условия хранения

Храните тест-полоски в сухом прохладном месте при температуре от -20 °С до +30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.Температура эксплуатации от +18 °С до +35 °С.Не замораживайте. Избегайте попадания грязи или пищи на зону теста тест-полоски.Срок годности 24 месяца.