Инструкция по применению
Сателлит Плюс Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: Элта
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 24



Описание

Тест-полоски к глюкометру Сателлит плюс ПКГЭ-02.4 предназначены для определения концентрации уровня глюкозы в крови человека. Характеристики: Полоски в индивидуальной упаковке, на которой написан срок годности и код полоски. Объем крови - 4-5 мкл Время измерения 20 секунд. Диапазон измерений от 0,6 до 35,0 ммоль /л Принцип измерения электрохимический Калибровка измерений по цельной капиллярной крови Температура хранения от -20 °C до +30 °C Температура эксплуатации от +18 °C до +35 °C Срок годности 24 мес.

Состав

Основной фермент - глюкозоксидаза.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Для определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека. Полоски «Сателлит Плюс» используются только для глюкометра «Сателлит Плюс» ПКГ-02.4.

Способ применения и дозы

Для тестирования подходит только свежая капиллярная кровь. Проверьте, не истек ли срок годности тестовых полосок. Введение кода: В новом приборе появится сообщение о необходимости введения кода. Вставьте кодовую полоску из комплекта поставки в разъем прибора. Сравните код, состоящий из трёх цифр, который появился на экране и код на упаковке тест-полосок - если они не совпадают, измерение проводить нельзя. Три раза нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет. Введенный код сохранен в памяти прибора. Проведение измерения: Надорвите край блистера тестовой полоски и оторвите часть упаковки в области контактов, держась за оставшуюся часть упаковки и не касаясь пальцами самой полоски, установите тестовую полоску в глюкометр «Сателлит Плюс». Положите прибор на ровную поверхность. Нажмите и отпустите управляющую клавишу на глюкометре. На экране появится код, состоящий из трёх цифр, хранящийся в памяти прибора. Нажмите и отпустите кнопку. На экране появится цифры «88.8», прибор готов к проведению измерения. Проколите стерильным индивидуальным скарификатором подушечку пальца. Надавите на палец, получить каплю крови и нанести на рабочую зону полоски так, чтобы капля покрыла всю рабочую зону. Прибор обнаружит каплю крови, отсчитает 20 секунд и выведет показание на экран. Извлеките использованную полоску из прибора и утилизируйте её. Нажатием кнопки выключите глюкометр.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.