Инструкция по применению
OneTouch Select тест-полоски 25 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Швейцария
Производитель: LifeScan
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 25



Описание

Тест-полоски OneTouch Select® для использования в ГЛЮКОМЕТРЕ ONE TOUCH SELECT и ГЛЮКОМЕТРЕ ONE TOUCH SELECT SIMPLE для количественного измерения глюкозы в капиллярной цельной крови.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски OneTouch Select предназначены для использования с глюкометром OneTouch Select для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови. Система OneTouch Select калибрирована так, чтобы можно было легко сопоставить результаты анализов с лабораторными. Прежде чем пользоваться полосками, внимательно ознакомьтесь с вкладышем к упаковке. Прежде, чем включать глюкометр, внимательно ознакомьтесь с вкладышем в упаковке.

Особые указания

Для проведения анализа необходима всего маленькая капелька крови. Капилляр тест-полоски сам втягивает необходимый для анализа объем крови. Изменение цвета контрольного поля тест-полоски подтверждает, объем крови достаточен для получения точного результата. Встроенный детектор объема пробы (электрод) гарантирует правильность проведенного теста - прибор выдаст сообщение об ошибке, если капля крови недостаточного объема или нанесена неправильно. Двухэлектродная структура тест-полоски обеспечивает двойной контроль точности благодаря сравнению результатов двух рабочих электродов. Тест-полоски можно касаться в любом месте. Специальные слои закрывают зону теста и все чувствительные элементы тест-полоски, предохраняя ее от влаги, температуры и ультрафиолета, что обеспечивает стабильность при хранении и позволяет проводить анализ в любом удобном месте. Получение образца крови из плеча/предплечья возможно благодаря гидрофильному адгезивному слою, обеспечивающему проникновение даже минимальной капли крови к зоне теста. Специальные контактные полосы обеспечивают включение прибора только при правильном введении тест-полоски, что исключает возможность ошибок анализа.

Условия хранения

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, в сухом прохладном месте при температуре, не превышающей 30°C. Не замораживать. Хранить в местах недоступных для детей.