Инструкция по применению
OneTouch Ultra Soft Sampler ручка-прокалыватель

Характеристики

Форма выпуска: Глюкометр
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: LifeScan
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Ручка-прокалыватель Sampler Ван Тач Ультра Софт - простой в обращении и безопасный механизм для безболезненного получения образца капиллярной крови. Ручка снабжена регулятором, который позволяет выбрать один из семи возможных уровней глубины прокалывания пальца. Замена обычного колпачка ручки на колпачок OneTouch UltraClear позволяет получать образец крови не только из пальца, но и из руки (плеча/предплечья). Механизм бесконтактного удаления ланцета снижает риск возникновения инфекции.

Состав

Содержимое упаковки: ручка для прокалывания пальца, инструкция на русском языке, колпачок для получения капли крови из альтернативных мест.

Форма выпуска

Глюкометр

Показания

Использование. Шаг 1: установите ланцет, поверните колпачок ручки против часовой стрелки и снимите его. Вставьте ланцет в держатель ланцета и с усилием нажмите на него для полной фиксации. Не изгибайте ланцет. Поверните защитный диск и отделите его от ланцета. Установите обратно колпачок ручки. Поверните его по часовой стрелке, пока он не зафиксируется. При необходимости отрегулируйте глубину прокола. Поворачивайте регулятор глубины прокола в сторону меньших бугорков, чтобы уменьшить глубину прокола, и в сторону больших бугорков, чтобы прокол был глубже. Шаг 2: взведите ручку и отведите рычажок на корпусе ручки назад до щелчка. Если щелчка нет, возможно, ручка была взведена во время установки ланцета. Теперь ручка готова к использованию. Шаг 3: вымойте руки и место прокола теплой водой с мылом и тщательно высушите.