Инструкция по применению
OneTouch Ultra тест-полоски 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: LifeScan
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Двойной контроль точности – двухэлектродная структура обеспечивает сравнение двух рабочих электродов. Специальный защитный слой – позволяет прикасаться к любому участку тест-полоски. Капиллярная тест-полоска всего за 1 секунду втягивает объем капли для проведения анализа. Специальные контактные полосы – исключают возможность ошибки. Если тест-полоска введена неправильно - прибор не включится. Специальное контрольное поле – изменяет цвет и показывает, достаточно ли крови для проведения теста. Тест-полоске OneTouch Ultra требуется крошечная капля крови, которую можно получить при неглубоком проколе. Совместимы только с приборами серии One Touch Ultra. Автоматическое притяжение капельки крови к зоне теста тест-полоски.Характеристики Быстрый результат анализа – 5 секунд Достаточно небольшой капли крови (1 микролитр) Капиппярная тест полоска сама втягивает кровь Контрольное поле на тест-полоске помогает определить, когда крови на полоске достаточно Тест-полоски только в одном коде «25»

Состав

Пластик.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Для определения уровня глюкозы в крови в домашних условиях. Тест-полоски One Touch Ultra® применяются с глюкометрами One Touch Ultra Easy и One Touch Ultra® для определения количества глюкозы в цельной крови.

Способ применения и дозы

Вынув из футляра одну полоску One Touch Ultra, немедленно плотно закройте крышку. Используйте полоску сразу после того, как вы вынули ее из футляра. Как только вы открыли упаковку, пометьте на этикетке срок годности. Через шесть месяцев после того, как вы открыли футляр, следует выбросить неиспользованные тест-полоски. Не допускайте попадания грязи или крови на верхний белый край полоски. Не используйте полоски после истечения указанного на упаковке срока годности. Не сгибайте, не разрезайте на части и не проделывайте никаких других манипуляций с тест-полосками One Touch Ultra.

Условия хранения

Храните флакон с тест-полосками в сухом прохладном месте при температуре не выше 30#. Не допускайте воздействия прямого солнечного света и тепла. Не храните в холодильнике. Храните тест-полоски исключительно в оригинальном футляре, не перекладывайте их в другой футляр или контейнер.